


ÇAPRAZ KESİM YAPIŞMA TEST CİHAZLARI



adım 1: yüzey üzerine
izgara kesimi uygulama



adım 2: yapıştırın
ve bandı çıkarın

- Boya kaplamasının metal, ahşap, plastik vb. üzerine yapışmasını test etmek için.
- ASTM D3359, BS 3900E6, BS/EN ISO 2409 standartlarına göre




test bandı (dahil)



2X büyüteç (dahil)



fırça (dahil)



adım 3: dökülme durumu
ve yapışma derecesi

7

ÖZELLİKLER

Kod		ISQ-PB1	ISQ-PB2	ISQ-PB3	ISQ-PB4	ISQ-PB5
Tip		sekiz yüzlü bıçak				
Bıçak diş sayısı		6	11	6	11	6
Bıçak hatvesi		1mm		2mm		3mm
Uygulanabilen boya kalınlıkları	sert alt taban üzerinde (metal gibi)	0~60µm		61~120µm		121~250µm
	yumuşak alt taban üzerinde (ahşap, alçı gibi)	-		0~120µm		121~250µm
Minimum taban kalınlıkları	sert alt taban (metal gibi)	0,25mm				
	yumuşak alt taban (ahşap, alçı gibi)	-			10mm	
Minimum test örneği boyutu		150×100mm				
Boyut	sap	180×28×40mm			180×30×40mm	180×28×40mm
	bıçak	Ø30×18mm			Ø30×21mm	Ø30×18mm
Ağırlık		277g				

STANDART TESLİMAT

Sap	1 adet
Bıçak	1 adet
Test bandı	1 adet
2X büyüteç	1 adet
Fırça	1 adet

OPSİYONEL AKSESUARLAR

Kod	Açıklama	Uygulanabilir kodlar
ISQ-PBV	25mm genişliğinde test bandı, sarf malzemesi	tüm kodlar
ISQ-PB1-A	6 dişli ve 1mm aralıklı sekiz yüzlü bıçak	ISQ-PB1, ISQ-PB2 ISQ-PB3, ISQ-PB5
ISQ-PB2-A	11 dişli ve 1mm aralıklı sekiz yüzlü bıçak	
ISQ-PB3-A	6 dişli ve 2mm aralıklı sekiz yüzlü bıçak	
ISQ-PB4-A	11 dişli ve 2mm aralıklı sekiz yüzlü bıçak	
ISQ-PB5-A	6 dişli ve 3mm aralıklı sekiz yüzlü bir bıçak	ISQ-PB1, ISQ-PB2 ISQ-PB3, ISQ-PB5